

# 专家论证纪要

项目名称：翁源县中医院 X 线电子计算机断层扫描装置

高压系统 HV Box（80KW）更换项目

采购人：翁源县中医院

采购代理机构：韶关中采招标有限公司

论证时间：二〇二三年二月十日

朱明军 林红 李华

## 一、采购项目概况

|                                                                                                                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 采购人                                                                                                                                                                                 | 翁源县中医院                                       |
| 采购代理机构                                                                                                                                                                              | 韶关中采招标有限公司                                   |
| 项目名称                                                                                                                                                                                | 翁源县中医院 X 线电子计算机断层扫描装置高压系统 HV Box (80KW) 更换项目 |
| 预算金额                                                                                                                                                                                | 人民币 230,000.00 元                             |
| 采购方式                                                                                                                                                                                | 单一来源采购                                       |
| 拟单一来源采购对象                                                                                                                                                                           | 东软医疗系统股份有限公司                                 |
| 项目概况：<br>翁源县中医院于 2018 年通过公开招标方式采购 X 线电子计算机断层扫描装置(CT)1 台。X 线电子计算机断层扫描装置(CT)高压系统 HV Box (80KW) 已损坏，无法使用，现需对原有的 X 线电子计算机断层扫描装置(CT)高压系统 HV Box (80KW) 进行更换。该项目属于售后服务项目，由于设备高端，具有技术的唯一性。 |                                              |

## 二、论证小组成员

论证小组由 3 名相关领域的专家组成，名单如下：

| 姓名  | 工作单位     | 职称 |
|-----|----------|----|
| 朱佩华 | 韶关唯安医院   | 副高 |
| 林卉恒 | 韶州人民医院   | 中级 |
| 唐蒙轩 | 粤北第二人民医院 | 副高 |

## 三、论证意见

(一) 翁源县中医院于 2018 年通过公开招标方式采购的 X 线电子计算机断层扫描装置(CT)中标品牌是沈阳东软、中标型号规格是东软 Neu Viz128，生产厂家是东软医疗系统股份有限公司，由于设备高端，具有技术的唯一性。在技术匹配上，其他供应商无法满足一体化的售后服务。

(二) CT 设备高压系统 HV Box (80KW) 的更换及保养涉及的专业知识及技能很高。CT 作为临床检查设备，根据国家药监局规定，设备必须符合 CFDA 的注册指标，

朱佩华 林卉恒 唐蒙轩

而设备使用过程中随着磨损及环境的变化指标会发生变化，将影响临床检查结果，目前只有生产厂家具备掌握调试指标的能力。

（三）高压系统 HV Box（80KW）更换后需要用原机软件调试并确保高压系统 HV Box（80KW）各项参数与原机匹配。该设备高级应用软件也同为生产厂家知识产权，其软件维护、版本升级只有生产厂家能够提供。

（四）CT 属于精密的大型医疗专用设备，故障维修和所需配件都必须与原供应商的配件保持一致设备才能正常工作。

（五）根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条的规定，采用单一来源方式采购，须符合下列情形之一：

1. 只能从唯一供应商处采购的；
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

本项目符合上述第 1 种情形的规定，建议采用单一来源方式采购。

#### 四、论证会小组综合意见

综上所述，东软医疗系统股份有限公司为满足项目采购需求的唯一供应商，现拟采用单一来源方式进行采购。

附件：

《单一来源采购项目预算金额专业人员论证意见》

《单一来源采购方式专业人员论证意见》

论证会成员签名确认：



论证时间：二〇二三年二月十日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 林齐恒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|          | 职称: 医疗器械工程师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|          | 工作单位: 韶州人民医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 项目信息     | 项目名称: 翁源县中医院 X 线电子计算机断层扫描装置高压系统 HV Box (80KW) 更换项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|          | 供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 专业人员论证意见 | <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>X线电子计算机断层扫描装置(CT)的向压系统主要用于产生稳定的具有足够功率的向预整流后的直流高压供给CT球管。因此,向压系统的稳定性以及与球管的匹配程度尤为重。高压发生器的规格型号具有唯一性。为保证所更换高压系统不会给设备带来任何危害,建议采购由CT生产厂家——东软医疗系统股份有限公司提供的向压系统。</p> <p>原CT设备高压系统的更换及保养涉及的专业知识和技能很高。CT作为精密检查设备,必须符合CFDA的注册指标。目前只有生产厂家具备掌握调试指标的能力。</p> <p>最后,根据《中华人民共和国采购法》第三十一条之规定,建议采用单一来源方式采购。</p> <p>综上所述,建议从东软医疗系统股份有限公司采购向压系统 HV Box (80KW)。</p> |                    |
| 专业人员签字   | 林齐恒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 日期 2023 年 2 月 10 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 洪森部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 职称: 副主任医师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 工作单位: 翁源县人民医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目信息     | 项目名称: 翁源县中医院 X 线电子计算机断层扫描装置高压系统 HV Box (80KW) 更换项目                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 专业人员论证意见 | <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>1. 因该设备 X 线电子计算机断层扫描装置(H)是高端产品,具有高技术性的唯一性、配件系统的唯一性,故 X 线电子计算机断层扫描装置高压系 HV Box (80KW) 要更换,采购东软医疗系统股份有限公司的单一来源采购方法。</p> <p>2. 该 X 线电子计算机断层扫描装置高压系统 HV Box (80KW) 具有专属性知识参数,与之相匹配的,只能采取单一来源的原供应商东软医疗系统股份有限公司的产品。</p> <p>3. 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条的规定符合只能从唯一供应商处采购的规定。</p> <p>综上所述,建议本项目采取单一来源方式采购。</p> |
| 专业人员签字   | 洪森部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 日期       | 2023 年 2 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 朱峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|          | 职称: 副主任护师                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|          | 工作单位: 鄞县中医院                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 项目信息     | 项目名称: 翁源县中医院 X 线电子计算机断层扫描装置高压系统 HV Box (80KW) 更换项目                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|          | 供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 专业人员论证意见 | <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>1. 由于设备高端, 具有技术唯一性, 在技术匹配上, 其他供应商无法满足一体化的售后服务。</p> <p>2. CT 设备高压系统 HV Box (80KW) 的更换及保养涉及的专业知识很高。</p> <p>3. 高压系统更换需用专用软件调试。</p> <p>4. CT 属于精密大型医用设备, 故障维修和配件必须与供应商的配件一致。</p> <p>5. 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定, 符合“只能从唯一供应商处采购”。</p> <p>所以建议采用单一来源方式采购。</p> |                    |
| 专业人员签字   | 朱峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 日期 2023 年 2 月 10 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。